



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
Rua Dom Duarte Leopoldo, n° 83 – centro – CEP 12.955 - 000
CNPJ 52.359.692/0001-62 Fone: (011) 4012-1000

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E DE SEUS
ANEXOS E REABERTURA DO PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL n° 58/2018 – Processo n° 82/2018
EDITAL 73/2018

Lote 01 do Anexo I do Edital de Pregão presencial 058/2018 – Passa a ter a seguinte redação: **CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA:** Grades laterais em aço inox, suporte de soro Movimento de elevação/Descida do leito através de pistão hidráulico acionado em ambos os lados, leito Radio-transparente em fenolite dividido em 4 sessões carenagem em material plástico de fácil limpeza e **rodizio de 6” a 8”** com sistema de travamento total e direcional, colchonete, suporte de cilindro, capacidade de carga 220kg.

Treinamento obrigatório: - Fornecer treinamento para manuseio do equipamento.

Lote 03 do Anexo I do Edital de Pregão presencial 058/2018, foi retirado do descritivo a referência, passando ter a seguinte redação:

- **CAMA ELÉTRICA:** Estrutura em aço inoxidável ou aço com pintura eletrostática; Rodízios giratórios: De 125 mm; Sistema central de trava dos 04 rodízios; Possibilidade de acionamento dos movimentos por bateria, no caso de falta de energia elétrica; Estrado articulado dividido em 04 seções; Peseira e cabeceira removíveis; Grade lateral em material resistente a corrosão: Com posicionamento abre e fecha; Bipartido; Para os membros superiores e inferiores; Comandos elétricos para movimentação através de controle embutido na grade lateral, para acionamento de: Altura da cama; Trendelemburg (+12°); Trendelemburg reverso (-12°); Articulação do encosto (+70°); Flexão de pernas (20°); Comandos elétricos ou mecânicos para acionamento da posição de Reabilitação Cardiopulmonar (RCP); Comandos elétricos ou mecânicos para acionamento da posição vascular; Indicador de ângulo; 04 pontos para colocação de suporte de soro; Capacidade de carga de 200 Kg á 250 kg ; Alimentação elétrica conforme local de instalação ou bivolt automática. Bateria recarregável;; Comprimento: 2.000 até 2.200 mm; Largura (com grade abaixada ou levantada): 800 até 1.500; Altura ajustável pelo operador: 550 a 800 mm; Colchão: Compatível com as dimensões da cama; com capa em material: Impermeável; lavável; sem costura em relevo; 02 suportes de soro; demais acessórios necessários para o funcionamento do equipamento. Grau de proteção IPX4. Garantia mínima de 12 (doze) meses. **Atendimento às normas:** ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-38:1998